

KALIBRIERZERTIFIKAT

für den Messcomputer: **SWG 100**

mit der Seriennummer: **080.848**

Wir bestätigen die ordnungsgemäße Instandsetzung

Die Justierung und Kalibration des Messcomputers erfolgt anhand einer Vergleichsmessung mit zertifizierten Prüfgasen und Messverfahren, die derzeit gültigen technischen Regeln und Normen entsprechen. Der Messcomputer liegt innerhalb der Toleranzgrenzen.

Messeinrichtungen:
Prüfgase lt. Zugehörigen Analysenzertifikaten

Messergebnisse:

Gase	Sollwerte	Toleranzwerte	Istwerte Prüfling	Prüfgas Lieferant	Flaschen- nummer
CO ₂ in Vol. %	40,8	+/- 0,3Vol% / 3% vom Messwert *	41,2	Air Liquide	D41L085
CH ₄ in Vol. %	59,2	+/- 0,3Vol% / 3% vom Messwert *	59,1	Air Liquide	D41L085
H ₂ S in ppm	104	+/- 10ppm / 10% vom Messwert *	98	Air Liquide	D41L085
O ₂ in Vol. %	0	+/- 0,2 Vol%	0,0	Air Liquide	D41L085

* der größere Wert gilt

Besondere Bemerkungen: Keine

Kalibrierdatum: 21.01.2021

Nächster Kalibriertermin: 01.2022

Dieses Dokument ist ohne Unterschrift gültig.